Ростелеком Здоровье

Правила прохождения осмотра

0 Перед началом осмотра




Отдохните 10–15 минут, избегайте нагрузки



Примите лекарства, если назначены




Снимите головной убор, очки и верхнюю одежду



Положение перед терминалом


Правильное размещение лица, проходящего осмотр перед телемедицинским комплексом, для оптимального ракурса камеры и точного измерения параметров




Элементы управления терминала Нобилис:

1. Дисплей
2. Манжета тонометра
3. Воронка алкотестера
4. Камера
5. Индикатор температуры
6. Наклейка-заключение


1 Введите табельный номер




2 Выберите тип медосмотра



3 Укажите наличие жалоб



4 Измерьте артериальное давление



Наденьте манжету, нажмите кнопку **СТАРТ**, дождитесь окончания замера

Во время измерения



Манжета — на голую руку или тонкую ткань




Сидите прямо, рука на столе, ладонью вверх



Не разговаривайте и не двигайтесь


5 Дуйте в воронку алкотестера до звукового сигнала




Дуйте только **ПОСЛЕ** статуса алкотестера **“ГОТОВ”**

6 Произведите измерение температуры


Поднесите лоб к датчику на 5-10 см



7 Подтвердите результат осмотра



8 Дождитесь заключения



Дождитесь печати этикетки с данными

НЕ ДОПУЩЕН?

Отдохните и повторите попытку
не ранее чем через 5 минут, но не позднее 20 минут

Подробнее о процессе прохождения осмотров смотри в инструкции
howto.pltmed.ru

Техническая поддержка
+7 800 302 14 17
stppmo@rtk-healthlab.ru